



Konformitätserklärung

Gemäß den Bestimmungen der EG-Richtlinie 93/42/EWG Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend bezeichnete Medizinprodukt in seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang I der EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung oder Verwendung des Medizinproduktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Leichtgewicht-Faltrollstuhl für Schwerlast "Caneo 200"

Entsprechend Anhang VII der EG-Richtlinie 93/42/EWG wird das CE-Kennzeichen angebracht.

Klassifizierung:

Dieses Medizinprodukt ist entsprechend Anhang IX der EG-Richtlinie 93/42/EWG nach Klasse 1 gemäß Regel 1 klassifiziert.