

# NÁVOD K POUŽITÍ

## ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO S VYSOKOU OPOROU

# 203 A



CE

**a** Distributor pro Českou republiku:  
**DMA PRAHA s. r. o.**  
U Dálnice 207, 251 63 Kunice

**e** [info@dmapraha.cz](mailto:info@dmapraha.cz)  
**w** [www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz)

**t** +420 323 610 610

## POUŽITÍ

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

## POPIS

Odlehčený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn výškově nastavitelnou polstrovanou podpůrnou deskou s ergonomickými nastavitelnými rukojetmi, čtyřmi plnými otočnými kolečky, z nichž zadní dvě jsou vybavena nášlapnou brzdou. Snadné výškové nastavení desky je zajištěno pomocí dvou V-pojistek s možností aretace.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Chodítko je určené k nácviku vertikalizace a chůze. Používejte vždy s doprovodem!

Před prvním použití si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Vašeho dodavatele.

Nepřekračujte maximální statickou nosnost chodítka 120 kg.

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 110 kg.

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k úrazu prstů.

Při vstávání nebo opírání se o chodítko vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.

## OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. rám chodítka se čtyřmi kolečky, podpůrnou deskou s nastavitelnými madly, dvěma šrouby k jejich zajištění a nohy s pojistkou k zajištění nastavení výšky madel.

## ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čisticími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

## NASTAVENÍ VÝŠKY PODPŮRNÉ DESKY

Zmáčkněte aretační „V-pojistku“ (A) a tahem nastavte požadovanou výšku podpůrné desky a pojistku uvolněte. Stejný postup opakujte na druhé straně. Před použitím zkонтrolujte, zda je deska ve vodorovné poloze a pojistky správně zaklaplé. Nastavování výšky je potřeba dělat postupně a střídavě na obou stranách.

## NASTAVENÍ POLOHY MADEL

Povolte oba aretační šrouby (B), nastavte požadovanou polohu madel a šrouby opět dotáhněte.



Nastavení výšky desky a délky madel